

Lista strumenti - Lotto2

Item	Testo breve	Q.tà
1	Frequency Counter DC-6 GHz	6
	Si elencano le Specifiche Tecniche minime richieste, per la strumentazione da acquistare:	
	Frequency range DC-6 GHz	
	Input range MIN ±5V	
	Sensitivity MIN 50 mVpk	
	Display Resolution Min 10 digits	
	Gate Int or Ext	
	Measurement Mode Frequency-Period-Frequency ratio	
	Trigger source Int -ext -manual	
	Timebase reference Int -ext -auto	
	Timebase accuracy/year (migliore/uguale) ±0,05 ppm	
	Interface USB 2.0/GPIB	
	Per la fornitura sopra riportata è richiesto:	
	Certificato di conformità	
	garanzia di 24 mesi	
	Operating and service manual , preferibilmente in formato elettronico	

